- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

`LABORATORIO PREGEN
Carrera 15a No 106-42
BOGOTA

Batch 1818, Rack A, Plate 1, Well C10, 455893 FA
[D971BACB17EFA640] May 28, 2025 10:33:55 Pressure = 61 bar (60 to 62)



PEAK	RT	REL RT	% CONC	AREA	COMMENT
1	0.402	F 0.47	2.5%	13810	
2	0.487	F 0.56	4.8%	26331	
3	0.737	F 0.85	13.7%	74808	Acetylated F peak
4	0.858	F 0.99	61.5%	336016	Consistent with F
5	1.222	A 1.01	17.5%	95658	A peak
			Total Area:	546623	

Codes:
1) Wide A peak
2) Area of A peak < 80%
3) Peak area greater than expected
4) Peak after A2
5) A1c > 10%
6) HbF or variant present
7) Total sample area too small/big
8) A2 is not within normal range