- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

`LABORATORIO PREGEN
Carrera 15a No 106-42
BOGOTA

Batch 2133, Rack A, Plate 1, Well D09, 502920 FA
[8C321FB96F437135] Apr 29, 2026 12:40:07 Pressure = 65 bar (65 to 66)



PEAK	RT	REL RT	% CONC	AREA	COMMENT
1	0.513	F 0.60	2.7%	47730	
2	0.712	F 0.83	18.8%	335460	Acetylated F peak
3	0.843	F 0.98	64.6%	1153801	Consistent with F
4	1.223	A 0.99	14.0%	249253	A peak
			Total Area:	1786244	

Codes:
1) Wide A peak
2) Area of A peak < 80%
3) Peak area greater than expected
4) Peak after A2
5) A1c > 10%
6) HbF or variant present
7) Total sample area too small/big
8) A2 is not within normal range