- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

`LABORATORIO PREGEN
Carrera 15a No 106-42
BOGOTA

Batch 2077, Rack A, Plate 1, Well C03, 489557 FA
[9C7722C7A8AC0C6A] Feb 18, 2026 10:39:00 Pressure = 56 bar (55 to 58)



PEAK	RT	REL RT	% CONC	AREA	COMMENT
1	0.415	F 0.48	0.9%	15121	
2	0.515	F 0.59	0.8%	13477	
3	0.725	F 0.83	16.5%	293077	Acetylated F peak
4	0.860	F 0.98	62.2%	1102579	Consistent with F
5	1.257	A 1.01	19.7%	349595	A peak
			Total Area:	1773849	

Codes:
1) Wide A peak
2) Area of A peak < 80%
3) Peak area greater than expected
4) Peak after A2
5) A1c > 10%
6) HbF or variant present
7) Total sample area too small/big
8) A2 is not within normal range